

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

27/05/2019

İlan No : 2019-05-2320
İstem No : 47864
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : BAKIM VE ONARIM, CİHAZ

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 29/05/2019 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAKIM VE ONARIM, CİHAZ	9	Adet					

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin verilmesi,
- 4- Bakım ve Onarım için teklif verilecek cihaza / sisteme ait varsa Yetkili Servis Belgesi,
- 5- Teknik Servis yeterlilik belgesi
- 6- Sadece gerçek ve tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili varsa özel bir hakka sahip olduğunu gösterir marka tescil Belgesinin veya tek yetkili belgesinin teklif tarihi itibarıyla geçerli olan asıl yada noter tasdikli suretlerinin verilmesi,
- 7-Tamir edilecek cihaz / sistem teklif verilmeden önce, arıza tespiti yapılarak teklif verilecektir.
- 8-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 9-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 10-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 11-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 11-Cihaz / cihazlar ilgili firma yetkilisi tarafından teslim edilecektir. İdarenin bilgisi ve izni dışında Kargo ile yapılan teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 12- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Başmüdürlüğü



CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU

Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz :30 Derece Optik		
	Marka :Karl Storz		
Kulak Burun Ve Boğaz Hastalıkları Ameliyathanesi	Model :Hopkins		
	Seri No : 50230 BWA		
	Garantili	Bakım Sözleşmeli	
Tarih: 17.05.2019	Var [] Yok [X]	Var [] Yok [X]	

Optiğin mercekleri bulanık göstermektedir. Onarımının ilgili firma tarafından yapılması gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Teknik Servis Sorumlusu	Onay
Selman ÖCAL Hast. BİY. Tek. 	 Hüseyin DİKMEN MERSİN Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Teknik Servis	 Hasan BİLEN Teknik Servis Sorumlusu

Açıklama	
----------	--



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Başmüdürlüğü



CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU

Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz :30 Derece Optik Ve Sisteskop Kanülü		
Kadın Hastalıkları Ve Doğum ameliyathanesi	Marka :Karl Storz		
	Model :Hopkins 30 Derece		
	Seri No : 26120BA		
	Garantili	Bakım Sözleşmeli	
Tarih: 17.05.2019	Var []	Yok [X]	Var []
			Yok [X]

Optik mercekleri net göstermemektedir. Yine optiği kanül içerisine takınca, kanül kilit mekanizması çalışmamaktadır. Onarımlarının ilgili firma tarafından yapılması gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Teknik Servis Sorumlusu	Onay
Selman ÖCAL HoSt. Biy. Tex. 	KUYNUR DİKMEN MİEU Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Teknisyeni 	

Açıklama	
----------	--



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Başmüdürlüğü



CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU

Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz :Yabancı Cisim Forsepsi			
Çocuk Cerrahi Ameliyathanesi	Marka :Richard Wolf			
	Model :828.605			
	Seri No : 4500134676			
	Garantili		Bakım Sözleşmeli	
Tarih: 17.05.2019	Var []	Yok [X]	Var []	Yok [X]

Forsepsin uç tutma kısmı aşınmıştır. Tamirinin ilgili firma tarafından yapılması gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Teknik Servis Sorumlusu	Onay
Selman ÖCAL Hast. BİY. Tek. 	Kayhan DİKMEN MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Teknik Servis 	

Açıklama	
----------	--



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Başmüdürlüğü



CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU

Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : Makas(3 Adet)	
	Marka : Markasız	
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ AMELİYATHANESİ	Model :-	
	Seri No : -	
	Garantili	Bakım Sözleşmeli
Tarih: 17.05.2019	Var [] Yok [X]	Var [] Yok [X]

Makaslar kesme işleminin yapmamaktadır. Onarımlarının ilgili firma tarafından yapılması gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Teknik Servis Sorumlusu	Onay
Selman ÖCAL Hast. Sig. Tek. <i>[Signature]</i>	Hasan BİLEN Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Teknik Servis <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Açıklama	
----------	--



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Başmüdürlüğü



CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU

Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : <u>Alçı Makası ve Penset</u>	
Ortopedi Polikliniği	Marka : <u>Aesculap</u>	
	Model : <u>ANHI</u>	
	Seri No : <u>Makas:21-205-20, Penset:BD050R</u>	
	Garantili	Bakım Sözleşmeli
Tarih:	Var [] Yok [X]	Var [] Yok [X]

Makas ve penset kesme sıkıştırma işlemini yapmamaktadır. Onarımlarının ilgili firma tarafından yapılması gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Teknik Servis Sorumlusu	Onay
Selman ÖCAL Hast. Biy. Tek. 	Kayhan DİKMEN MEU Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Teknik Servis 	

Açıklama	
----------	--